



S.P.A.

Si richiede l'acquisto di n° 50 autocampionatori refrigerati automatici per acque reflue aventi le seguenti minime caratteristiche tecniche:

- Alimentaz. 220 V;
- Refrigerato + 4 °C;
- Flacone unico min 25 lt;
- Possibilità di chiusura a chiave;
- Campionamento ad evento;
- Display con visualizzaz. temp interna;
- Tastiera impermeabile con display LCD illuminato;
- Possibilità di partenza ritardata
- Memorizzazione degli eventi relativi a malfunzionamento con data e ora;
- Ingresso analogico: 0/4-20 mA per il collegamento al misuratore di portata
- Min prevalenza di aspirazione 6 mt.
- Comparto isolato per esterno.
- Tubo di prelievo min 5 mt.
- Password di blocco
- Sistema di prelievo a depressione.
- Spurgo tubo aspirazione regolabile prima e dopo ogni campione con risciacquo automatico della linea di prelievo;
- Dotato di batteria interna per memorizzazione eventi in caso di mancanza di tensione

La fornitura richiesta, ha come base d'asta un importo di 150.000 € in tre anni.

Ogni fornitura richiesta nei tre anni, è da considerarsi F.co destino Impianto di Depurazione di Montesilvano.