



**NOTA TECNICA – AVVISO ESPLORATIVO PROT. N. 25317 IN DATA 24.10.2019
PROCEDURA NEGOZIATA CIG 8181353A11**

n° 20 autocampionatori refrigerati automatici per acque reflue aventi le seguenti minime caratteristiche tecniche:

- **Alimentaz.220 V;**
- **Refrigerato + 4 °C;**
- **Flacone unico min 25 lt;**
- **Possibilità di chiusura a chiave;**
- **Campionamento ad evento;**
- **Display con visualizzaz.temp interna;**
- **Tastiera impermeabile con display LCD illuminato;**
- **Possibilità di partenza ritardata**
- **Memorizzazione degli eventi relativi a malfunzionamento con data e ora;**
- **Ingresso analogico: 0/4-20 mA per il collegamento al misuratore di portata**
- **Min prevalenza di aspirazione 6 mt.**
- **Comparto isolato per esterno.**
- **Tubo di prelievo min 5 mt.**
- **Password di blocco**
- **Sistema di prelievo a depressione.**
- **Spurgo tubo aspirazione regolabile prima e dopo ogni campione con risciacquo automatico della linea di prelievo;**
- **Dotato di batteria interna per memorizzazione eventi in caso di mancanza di tensione**

**II DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993