

ALLEGATO A


Fornitura n° 10 Autocampionatori fissi intero comprensorio

Località di consegna	Minime caratteristiche tecniche.
<p>Montesilvano Depuratore Via Tamigi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentaz. 220 V; • Refrigerato + 4 °C; • Flacone unico min 25 lt; • Possibilità di chiusura a chiave; • Campionamento ad evento; • Display con visualizzaz. temp interna; • Tastiera impermeabile con display LCD illuminato; • Possibilità di partenza ritardata • Memorizzazione degli eventi relativi a malfunzionamento con data e ora; • Ingresso analogico: 0/4-20 mA per il collegamento al misuratore di portata • Min prevalenza di aspirazione 6 mt. • Comparto isolato per esterno. • Tubo di prelievo min 5 mt. • Password di blocco • Sistema di prelievo a depressione. • Spurgo tubo aspirazione regolabile prima e dopo ogni campione con risciacquo automatico della linea di prelievo; • Dotato di batteria interna per memorizzazione eventi in caso di mancanza di tensione <p>L'importo a base d'asta complessivo dell'appalto è stabilito in € 39.000,00 (trentanovemila/00) al netto dell'IVA.</p>
<p>Al fine di una corretta valutazione del prodotto offerto, si chiede la fornitura di tutta la documentazione tecnica.</p>	

Si indicano:
RUP, Ing. Bergia
DEC, PI P. Vitale

Pescara 05/05/2023

Il Resp. Depurazione


Ing. L. Bergia

